

RELATÓRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO	COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS (ELETRÔNICA) Nº 02/2021
OBJETO	Aquisição de Equipamento/Material Permanente
REFERÊNCIA	Convênio nº 9066002020, celebrado com o Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde

I. RELATÓRIO

Trata-se de Relatório do Resultado de julgamento, classificação e adjudicação da Cotação Prévia de Preços em questão, que visa a aquisição de equipamentos/material permanente destinados a Associação Aracajuana de Beneficência, em consonância com o Convênio supracitado, sob o critério de menor preço por item.

Relação de empresas participantes do procedimento de compras:

LEGENDA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/ME	VALOR TOTAL DA PROPOSTA
EMP 01	Magna Médica Comércio de Prod. Med. Hosp. LTDA EPP	05.922.811/0001-63	14.652,00
EMP 02	MTB Tecnologia LTDA-EPP	01.405.834/0001-40	44.400,00
EMP 03	Quickbun E-commerce-Eireli	30.323.616/0001-64	24.428,00
EMP 04	Ibi Life Medical Eireli-ME	10.493.078/0001-49	45.000,00
EMP 05	Silveira e Silva Com. Prod. Hosp. Odont. LTDA-ME	10.572.109/0001-57	23.900,00
EMP 06	Proença Comercial Eireli	33.337.231/0001-44	29.601,94
EMP 07	Nihon Kohden do Brasil LTDA	14.365.637/0001-96	23.794,16
EMP 08	Alfa Med Sistemas Médicos LTDA	11.405.384/0001-49	13.600,00
EMP 09	Instramed Indústria Médico Hospitalar LTDA	90.909.631/0001-10	19.524,60
EMP 10	R&D Mediq Equipamentos e Serviços Especializados LTDA	01.212.789/0001-07	23.420,00
EMP 11	Medicalmed Repres. Imp. E Exp. De Prod. Hosp. LTDA ME	27.705.997/0001-31	23.000,00
EMP 12	Philips Medical Systems LTDA	58.295.213/0002-11	256.783,00
EMP 13	Medplus Hospitalar Comercio e Serviços Eireli	34.075.280/0001-19	77.570,00

Os autos foram submetidos à área técnica da Associação para pronunciamento quanto à análise das especificações técnica conforme descrito no Termo de Referência e no Edital. A referida área técnica pronunciou-se através da Nota Técnica nº 05/2021.


II. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

Para o julgamento adotou-se o critério de menor preço por item de acordo com o item 8 do Edital, bem como observou-se a compatibilidade das propostas com as especificações técnicas exigidas nas normas editalícias, conforme Nota Técnica nº 05/2021.

Os valores apresentados em cada item intitulado de "VL. UNIT. PT" são os preços de referência para o processo de compras, obtidos no Plano de Trabalho aprovado do Convênio juntado nos autos. Enquanto que o campo "VL. UNIT" é o valor proposto pela empresa participante.

De acordo com o item 7.5 do Edital no qual prescreve que "Caso o menor valor apurado na classificação esteja superior ao de referência, poderá o comprador renegociar diretamente com o proponente".

"A situação do fornecedor selecionado (vencedor) será consultada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparência na internet (<http://www.portaltransparencia.gov.br>) ou equivalente", conforme item 5., 5.2., 5.2.1 do Edital, relatório anexo.





Pelo julgamento e classificação realizado pela comissão de compras segrou-se o seguinte resultado:

UNID	UNID	VL. UNIT PT	QTDDE	VL.TOTAL	MARCA/FABRICANTE	JULGAMENTO
<p>011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica- Aparelho de ultrasonografia e Ecocardiográfico portátil de alta resolução, pesando no máximo 8 kg (com bateria), para uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames dentro e fora da sala de exames; Para ecocardiografia e ultra-sonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de cardiologia, vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal, fetal, intra-operatória, transcraniana, Sistema digital de alta resolução com pelo menos 100.000 canais digitais; Com bateria recarregável de pelo menos 30 (trinta) minutos de utilização sem que seja necessária a conexão a rede elétrica; Monitor de LCD ou LED integrado de no mínimo 15"; Modos Doppler contínuo, Pulsátil; Mapeamento de Fluxo em Cores, Power Doppler Segundas Harmônicas, Modo Duplex, Triplex; Harmônica Tecidual; Otimização automática em tempo real de imagem 2D ao loque; Software para Otimização automática do Color Doppler com apenas um botão; Software para Ajuste automático do Doppler espectral com apenas um botão; Harmônica de Pulsos Invertido; Imagem Trapezoidal nos transdutores lineares; Modo de Comparação Imagem 2D ao lado da respectiva imagem em modo Color, ambas em tempo real; Inversão automática de Color, Read Zoom / Write Zoom; Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM, Power Angio; Software que permita ajustar o curso de Modo-M, utilizando qualquer angulação sobre os planos da imagem em Modo-B, em tempo real ou para imagens em cine-loop; Colorização de Imagens nos modos B, M, Doppler ou cores; Deve possuir DICOM 3.0; Disco rígido de pelo menos 500 GB; Software dedicado para visualização de agulhas; Software que proporcione as medições automáticas da espessura da camada intima-média nas artérias carótidas e em outros vasos superficiais; Sistema preparado para detectar agentes de contraste com modo baixo MI e modos de flash em tempo real; Doppler Pulsátil Tecidual (Miocardio) em tempo real; Cálculo automático da fração de ejeção do ventrículo esquerdo; Software para Eco Estrasse; Pós-processamento avançado de contornos de imagens tracking) com software para exames com agente de contraste para opacificação do ventrículo esquerdo; Software para Eco Estrasse; Pós-processamento avançado de contornos de imagens selecionadas, em vários modos, para os formatos de imagens armazenadas e congeladas, possibilitando análise dos estudos após a liberação do paciente, com funções de pós-processamento como ganho, mapas de cores, linha de base, velocidade do espectro, ângulo Doppler, cálculos e anotações; Módulo e cabo de ECG; Mala para transporte; Pacote completo de medidas cardiovasculares; Carru suporte com ajuste de altura e apoio para transdutores e gel; Video printer para impressão ou impressora laser colorida compatível. Todos os transdutores deverão ser eletrônicos multifrequenciais em tecnologia de banda larga com seleção automática; 01 (um) Transdutor Linear com frequência de no mínimo de 4 a 12 MHz e mínimo de 150 elementos; 01 (um) Transdutor Sectorial neonatal com frequência de no mínimo 5 a 12 MHz; 01 (um) Transdutor Sectorial pediátrico com frequência de no mínimo 3 a 8 MHz; 01 (um) Transdutor microconvexo com frequência de no mínimo 5 a 8 MHz.</p>						
UNID	UNID	VL. UNIT PT	QTDDE	VL.TOTAL	MARCA/FABRICANTE	JULGAMENTO
OBSEVAÇÃO: ITEM CANCELADO NOVA TÉCNICA Nº 05/2021.						
ITEM 02	000108-Cardiotelegráfico- PORTÁTIL, COMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, CS/USPORTE					
UNID	UNID	VL. UNIT	QTDDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	MARCA/FABRICANTE
EMP 01	Magna Médica Comércio de Prod. Med. Hosp. LTDA EPP	24.428,00	1	-	24.428,00	EMPRESA(S) PARTICIPANTE(S)
EMP 02	MTB Tecnologia LTDA-EPP	18.400,00	-	18.400,00	COMEN	JULGAMENTO
EMP 03	Quickbun E-commerce-Eirel	24.428,00	-	24.428,00	COMEN	Não cotou
EMP 04	Ibi Life Medical Eirel-ME	15.000,00	-	15.000,00	GENERAL MEDITECH (ENDOBRAXX) G6A/GENERAL MEDITECH	Classificado. Vencedor.
EMP 05	Silveira e Silva Com. Prod. Hosp. Odont. LTDA-ME	23.900,00	-	23.900,00	MEDPEJ MF9100/MEDPEJ	Classificado.
EMP 06	Proença Comercial Eirel	-	-	-	-	Não cotou
EMP 07	Nilton Kolden do Brasil LTDA	-	-	-	-	Não cotou
EMP 08	Alfa Med Sistemas Médicos LTDA	-	-	-	-	Não cotou
EMP 09	Instramed Indústria Médico Hospitalar LTDA	-	-	-	-	Não cotou
EMP 10	R&D Mediq Equipamentos e Serviços Especializados LTDA	-	-	-	-	Não cotou
EMP 11	Medicalmed Repres. Imp. E Exp. De Prod. Hosp. LTDA ME	-	-	-	-	Não cotou
EMP 12	Philips Medical Systems LTDA	31.411,00	-	31.411,00	PHILIPS AVALON FM20/PHILIPS	Classificado.
EMP 13	Medplus Hospitalar Comercio e Servicos Eirel	20.570,00	-	20.570,00	BIONET MOD GEMELAR FCI1400/BIONET	Classificado.
MENOR PREÇO/ADJUDICADO		15.000,00		EMPRESA:	Ibi Life Medical Eirel-ME	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

UNID	UNID	VL. UNIT	PT	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MARC/FABRICANTE	41.832,00	JULGAMENTO
EMP 01	Magia Médica Comercio de Prod. Med Hosp. LTDA EPP								Não cotou
EMP 02	MTB Tecnologia LTDA-EPP								Não cotou
EMP 03	Quickbun E-commerce-Eireli								Não cotou
EMP 04	Ibi Life Medical Eireli-ME								Não cotou
EMP 05	Silveira e Silva Com. Prod. Hosp. Odont. LTDA-ME								Não cotou
EMP 06	Proença Comercial Eireli								Não cotou
EMP 07	Nilton Kohden do Brasil LTDA								Não cotou
EMP 08	Alfa Med Sistemas Médicos LTDA								Não cotou
EMP 09	Instrument Indústria Médico Hospitalar LTDA								Não cotou
EMP 10	R&D Mediq Equipamentos e Serviços Especializados LTDA								Não cotou
EMP 11	Medicalmed Repres. Imp. E Exp. De Prod. Hosp. LTDA ME								Não cotou
EMP 12	Philips Medical Systems LTDA								Não cotou
EMP 13	Medplus Hospitalar Comercio e Serviços Eireli				10.400,00	31.200,00	FISHER & PAYKEL/ NEOPUFF		Classificado. Veedor:
MEJOR PRECO/ADJUDICADO		10.400,00							
		EMPRESA:			Medplus Hospitalar Comercio e Serviços Eireli				

ITEM 04 000673-Monitor Multifunções-5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP. TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10" A 12", COM SUPORTE P/ MONITOR.									
UNID	UNID	VL. UNIT PT	Q'TDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MARCA/FABRICANTE	33.740,00	JULGAMENTO	
EMPRESAS) PARTICIPANTES)	VL. UNIT.	Q'TDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MARCA/FABRICANTE	33.740,00	JULGAMENTO		
EMP 01	Magna Médica Comércio de Prod. Med. Ltda EPP			7.336,00	14.652,00	SHENZHEN COMEN-STAR 8000E		Classificado.	
EMP 02	MTB Tecnologia LTDA-EPP			13.000,00	26.000,00	PROLIFE CI20/PROLIFE		Classificado.	
EMP 03	Quickbun E-commerce-Eirel			-	-			Não cotou	
EMP 04	Ibi Life Medical Eirel-ME			15.000,00	30.000,00	NIHON KOHDEN CORPORATION BSM-3763		Desclassificado.	
EMP 05	Silveira e Silva Com. Prod. Hosp. LTDA-ME			-	-			Não cotou	
EMP 06	Proença Comercial Eirel			14.800,97	29.601,94	INMAX 12 COM ECG RESP PMS ST SPO2 PANI 2 TEMP USB/INMAX		Classificado.	
EMP 07	Nihon Kohden do Brasil LTDA			11.897,08	23.794,16	NIHON KOHDEN PVM-2703		Desclassificado.	
EMP 08	Alfa Med Sistemas Médicos LTDA			6.800,00	13.600,00	ALFA MED VITA I 100/ALFA MED		Classificado. Vencedor.	
EMP 09	Instramed Industria Médico Hospitalar LTDA			9.762,30	19.524,60	INSTRAMED/ INMAX		Classificado.	
EMP 10	R&D Mediq Equipamentos e Serviços Especializados LTDA			11.710,00	23.420,00	R&D MEDIQ/ RDI2		Classificado.	
EMP 11	Medicmed Repres. Imp. E Exp. De Prod. Hosp. LTDA ME			11.500,00	23.000,00	BT-770/BISTOS		Classificado.	
EMP 12	Philips Medical Systems LTDA			12.686,00	25.372,00	PHILIPS EFFICIA CM10/PHILIPS		Classificado.	
EMP 13	Medplus Hospitalar Comercio e Serviços Eirel			12.900,00	25.800,00	CONTEC MEDICAL CMS 9000/CONTEC MEDICAL		Classificado.	
EMPRESA:		EMPRESA:		Alfa Med Sistemas Médicos LTDA					
MEIOR PREÇO/ADJUDICADO		6.800,00							

- Ibi Life Medical Eirel-ME - Desclassificado. Proposta apresentada não atende as exigências técnicas do Edital no item 04, por não apresentar especificação de suporte do monitor, conforme Nota Técnica nº 05/2021.
 - Nihon Kohden do Brasil LTDA - Desclassificado. Proposta apresentada não atende as exigências técnicas do Edital, por não apresentar suporte, de acordo com a Nota Técnica nº 05/2021.
- Considerando o resultado de julgamento e respectiva classificação acima citada, Sairam-se classificadas com o menor preço:

Item (ns)	Empresa:	Valor Total R\$
1	Cancelado	
2	Ibi Life Medical Eirel-ME	15.000,00
3	Medplus Hospitalar Comercio e Serviços Eirel	31.200,00
4	Alfa Med Sistemas Médicos LTDA	13.600,00
TOTAL R\$		\$9.800,00


Handwritten signature and initials.


Considerando o item 9 do Edital e o "G" do Termo de Referência a empresa classificada e vencedora com menor preço deverá apresentar a documentação no prazo de 24 horas, a partir do recebimento deste, para o e-mail colacoeshsi@gmail.com, e as originais encaminhar a Associação conforme item 9.1.6. do Edital.


Aracaju-SE, 22 de fevereiro de 2021


COMISSÃO DE COMPRAS:


Andréza Maria Cardoso Oliveira
Comissão de Compras


Carla Patrícia Silva
Comissão de Compras


Carlos Antonio Izidoro da Silva
Comissão de Compras


Rubens dos Anjos Moreira
Comissão de Compras


Carla Soraya Figueredo Santana Rodrigues
Comissão de Compras


Paula Soraya F. S. Rodrigues
Comissão de Compras